VALUTAZIONE ANNUALE 2022 - CONCLUSIONI

miglioramento performance e valutazioni su azioni intraprese

CQi:

nelle valutazioni finali dell'anno 2022 emerge un miglioramento delle prestazioni alla luce del fatto che sono state apportate modifiche sia nel controllo immunology (cambiato sistema in Atellica CH), in intelliq Multiqual Control amilasi e GOT GPT (cambiato metodo), il controllo Liquicheck Urine Chemistry è stato sostituito con Intelliq Urine Chemistry Control con un miglioramento della performance.

Si prefissa per l'anno 2023 il mantenimento dello stato.

VEQ:

Per la Chimica clinica è stato rilevato un peggioramento della Creatinina, in seguito risolto e da monitorare nel 2023. Su 340 risultati valutati ne sono stati accettati 323 (95%). VEQ 2021 87,9% .

La sieroimmunologia mantiene l'ottima performance da mantenere nel 2023.Su 90 risultati valutati è stato raggiunto uno score di 178 che è lo score massimo ottenibile. VEQ 2021 score 140 (max 140).

Per l'ematologia monitorare le performance delle piastrine, da migliorare nel 2023. Su 108 risultati valutati ne sono stati accettati 99 (91,7 %). VEQ 2021 87,9 %.

Per l'immunometria mantenere le ottime performance nel 2023. Su 432 risultati inviati, solo 3 risultano non accettabili, quindi accettati 429 (99,3 %). Il punteggio finale medio è risultato 3.45 (il massimo è 4,00)

Roma, 30.01.2023

Il Direttore tecnico Dr.ssa G.Volpe